

**SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Jundiaí, 27 de Fevereiro de 2018**

**A  
TODAS AS LICITANTES**

**Ref.: Pregão Presencial nº 004/18 - PROCESSO DAE nº 117/2018**

**Solicitação de esclarecimento**

**Objeto: Aquisição de materiais e reagentes diversos para uso no laboratório e no tratamento de água.**

**Pergunta 1:** Se a validade de fabricação do produto for de 12 meses, porém na entrega garantirmos validade mínima de 9 meses, será aceito?

**Resposta 1:** Será aceita a validade mínima de 9 meses na entrega.

**Pergunta 2:** Quanto ao item 01 do lote 02 (termômetro de mercúrio com calibração RBC) – termômetro com líquido vermelho será aceito? Os pontos de calibrações são padrões ou específicos? Caso seja específico, favor informar quais.

**Resposta 2:** Não será aceito termômetro com líquido vermelho. Serão aceitos os pontos de calibrações padrões.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

  
Thabata da Costa O. Motta  
Pregoeira

  
Karen Cristina Tasaka Marcanzola  
Gerente do Laboratório de  
Qualidade