

**SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Jundiaí, 21 de janeiro de 2019**

**A**

**TODAS AS LICITANTES**

**Ref.: Pregão Presencial nº 0012/19 - PROCESSO DAE nº 122-1/2019**

**Solicitação de esclarecimento**

**Objeto: Aquisição de incubadores refrigeradas e sistema de ultrapurificação de água.**

**1 - Em relação aos ITENS 01 e 02 – Gostaríamos de confirmar se será aceito incubadora com volume interno de 566 (consequentemente as dimensões serão maiores) e se será aceita faixa de temperatura de -10 - 50°C?**

Resposta: A fim de respeitar e atender a especificações técnicas solicitadas pela equipe de laboratório de água e esgoto, não iremos aceitar temperatura da incubadora inferior ao solicita no Termo de Referência bem como volume maior pois o estudo foi feito para coloca-la em um espaço restrito do laboratório.

Ficam ratificadas as demais clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

  
Gisele Cristina de Oliveira Mazzali  
**Pregoeira/Seção de Compras e Licitações**

  
Karen Cristina Tasaka  
**Gerente de Laboratório de Qualidade**