

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 18 de fevereiro de 2020

**A
TODAS AS LICITANTES**

Ref.: Pregão Presencial nº 005/2020 - PROCESSO DAE nº 346/2020

Solicitação de esclarecimento

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO LABORATÓRIO.

1 - Quanto às Câmaras Térmicas (Estufas, Banhos) e Autoclave: o edital solicita, como por exemplo no caso do Banho Termostático 024, a Calibração em 3 pontos: 40 °C, 50°C e 60°C. Estes pontos de calibração referem-se somente à malha de controle (controlador+sensor de temperatura) ou ao Banho Termostático (estudo de homogeneidade)? O mesmo para a Autoclave, onde é solicitado Calibração em 3 pontos: 120, 121 e 122°C. Deve ser realizado o ensaio térmico do Autoclave ou somente a calibração do sensor de temperatura?

Resposta: *Conforme descrito no edital, às Câmaras Térmicas deverão ter a Calibração em 3 pontos: 40 °C, 50°C e 60°C. Estes pontos de calibração referem-se somente à malha de controle (controlador+sensor de temperatura)
O mesmo para a Autoclave, onde é solicitado Calibração em 3 pontos: 120, 121 e 122°C. no sensor de temperatura.*

2 - O ANEXO I – Modelo de Credenciamento deve ser com firma reconhecida? Com base no item 4.1 b do edital, somente em caso de instrumento particular de procuração é que está sendo solicitada firma reconhecida. A procuração pode ser substituída somente pelo ANEXO I?

Resposta: Conforme texto do edital abaixo, tanto a procuração, quanto o termo de credenciamento, deverão estar com firma reconhecida.

b) Tratando-se de procurador: **a procuração por instrumento público ou particular ou credenciamento, com firma reconhecida**, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga

3 - Serão aceitos documentos com assinatura digital (e-cpf)?

Resposta: Sim, será aceito.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

Karen Cristina Tasaka
Gerente de Laboratório de Qualidade