

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 11 de maio de 2017

A
TODAS AS LICITANTES

Ref.: Pregão Presencial nº 0006/17 - PROCESSO DAE nº 145-5/2017

Solicitação de esclarecimento

Objeto: Aquisição de hidrômetro multi-jato magnético 3m³/hora x ¾" Classe "B".

Dúvida 1 – Qual será a cota destinada de até 25% para microempresa e empresa de pequeno porte visando o cumprimento do artigo 48, III da LC 147/2014?

Resposta 1 – O pregoeiro junto a Assessoria Jurídica da DAE apresenta os motivos expostos da não utilização de Licitação Diferenciada referente a Lei Complementar 147/2014 em parecer, que passa a ser integrante desse esclarecimento.

Dúvida 2 – Qual IDM mínimo a ser utilizado?

Resposta 2 – Favor considerar o mínimo de 92% conforme da tabela da NBR 15538/2014.

Dúvida 3 – O hidrômetro será aceito sem dispositivo antifraude por pressão excessiva?

Resposta 3 – A DAE aceitará o ensaio previsto no item 5.4.2 da NBR 15538/2014.

Dúvida 4 – Podemos cotar os medidores a serem produzidos na nossa cor padrão, Azul Ral 5017?

Resposta 4 – Não. A DAE S/A padronizou a cor dos hidrômetros em Azul Ral 5010. O lote a ser adquirido visa concluir o trabalho de padronização iniciada pela empresa no ano de 2014.

Dúvida 5 – Será aceito empilhamento mínimo de 08 (oito) caixas?

Resposta 5 – Não, pois o espaçamento físico determinado para quantidade solicitada foi calculada no empilhamento de 10 (dez) caixas.

Dúvida 6 – Será aceito sistemas de totalização com 04 (quatro) dígitos pretos e 3 (três) vermelhos?

Resposta 6 - O sistema de totalização deverá registrar o número prescrito em edital, pois o padrão do layout das contas da cidade de Jundiaí (verificação de vazamento interno) foi elaborado com 06 (seis) algarismos e já está em andamento.

Atenciosamente,

Gustavo Barbosa Rossato
Pregoeiro