

A
TODAS AS LICITANTES

Ref.: Pregão Presencial nº 069/2019 - PROCESSO DAE nº 3986/2019

Solicitação de esclarecimento

Objeto: Aquisição de equipamentos para uso nos laboratórios de água e esgoto da DAE S. A.

1. Lote 01 – Termômetros (itens 01 ao 06), quantos pontos de calibração devo considerar para cada item?
2. Em relação ao item 06 do lote 01 está sendo solicitado termômetro **DIGITAL** para autoclave, porém o descritivo está de acordo com o termômetro **ANALÓGICO** para autoclave, realizei algumas pesquisas e normalmente é utilizado o analógico, nesse caso o analógico atende a necessidade do usuário?

TERMÔMETRO ANALÓGICO PARA AUTOCLAVE

Termômetro de máxima para autoclave, escala interna, capilar transparente, enchimento HG, diâmetro de 7mm.



DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

- Medidas de alta temperatura;
- Estufas;
- Esterilização à seco;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- **Escala:** +80°C à +140°C;
- **Divisão:** 2°C;
- **Precisão:** ±2°C;
- **Comprimento:** 70mm;
- **Imersão:** total

Resposta 1: *As calibrações deverão ser realizadas com no mínimo 3 pontos.*

Resposta 2: *Atende sim.*

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Karen Cristina Tasaka
Gerente de Laboratório de Qualidade