

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 12 de dezembro de 2019

**A
TODAS AS LICITANTES**

Ref.: Pregão Presencial nº 073/19 - PROCESSO DAE nº 4.874/2019

Solicitação de esclarecimento

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos utilizados no tratamento de água na ETA-A.

1. Quanto ao item 02 do Pregão 073/2019, será necessário o fornecimento da sonda agitadora?

Resposta: Caso seja o medidor ISE de íon seletivo duplo canal, deve ser fornecido **sim**, conforme abaixo e que consta no 2. TERMO DE REFERENCIA PARA MEDIDOR DE ION SELETIVO e pH DE BANCADA (página 2), que também será colocado no site como anexo.

5. Descrição técnica do Objeto

O medidor de íon seletivo fluoreto e pH deverá ser fornecido com os seguintes itens:

- 01 (um) eletrodo para íon seletivo (ISE) para fluoreto;
 - 01 (um) eletrodo para o parâmetro pH de -2.000 a 19.999;
 - 01 (uma) sonda para o parâmetro temperatura;
 - 01 (uma) probe para agitação automática;
 - 01 (uma) solução de enchimento para o eletrodo de pH;
 - 01 (uma) solução de enchimento para o eletrodo de íon seletivo fluoreto;
 - 01 (uma) solução de estocagem para o eletrodo de pH;
 - 01 (um) suporte articulado em não fixo a base do medidor para a contemplação simultânea dos 03 (três) eletrodos (temperatura, pH e íon fluoreto);
 - 01 (um) frasco de 475 ml de solução buffer de calibração para pH 4;
 - 01 (um) frasco de 475 ml de solução buffer de calibração para pH 7;
 - 01 (um) frasco de 475 ml de solução buffer de calibração para pH 10;
 - 01 (uma) fonte de Alimentação 110/220Volts a 60Hz;
 - 01 (um) cabo para transferências de dados a um computador através de saída RS 232;
- Deverá acompanhar os manuais de operação e de instalação em Português, e Garantia de 1 (um) ano.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

Erickson Carlos Marcanzola
Chefe da Seção de Tratamento de Água