

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiá, 31 de janeiro de 2020

A

TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Presencial nº 079/2019 - PROCESSO DAE nº 5441/2019

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de kits padrão para calibração de equipamentos na ETA-A.

1- Gostaríamos de tomar conhecimento dos equipamentos nos quais serão utilizados os Kits de Padrão requeridos nos itens 01, 02 e 04 do Edital. Tal solicitação se deve à necessidade de conhecimento prévio para melhor atender as necessidades do departamento.

Resposta:

- O item 1 Kit de padrões para calibração na escala PT/CO-Platina de 0,10,100 e 500 mg/l é utilizado no equipamento de bancada da marca Digimed modelo DM-cor.

- O item 2 Kit de padrões secundário de absorbância - Kit de conjunto de padrões secundário de absorbância é utilizado no equipamento de bancada da marca Hach modelo DR 890.

- O item 4 Kit de padrões cloro livre DPD gel secundário de 0 a 2 mg/l para colorímetro é utilizado no equipamento de bancada da marca Hach modelo DR 890.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Devanir Mondo
Gerente de Tratamento de Água / GTA