

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiá, 03 de fevereiro de 2021

A

TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Presencial nº 002/2021 - PROCESSO DAE nº 261/2021

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de equipamentos e reagentes laboratoriais para uso em análises de água e esgoto da DAE S/A

Esclarecimento: “Referente ao lote 02 – item 22 – Placa de petri Rodac com a dimensão 90 x 15 mm, não é uma dimensão comum no mercado, até momento não foi localizado, normalmente existe as opções lisas ou com divisórias, as placas Rodac possuem a dimensão de 60 x 15 mm conforme solicitado no item 21.

Poderia por favor rever a descrição deste item? Se podemos ofertar placa de petri estéril 90 x 15mm lisa”

Resposta:

Iremos aceitar a placa de petri lisa de 90x15.

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Karen Cristina Tasaka
Gerente de Laboratório de Qualidade

Leonardo Puttini
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações