

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 04 de fevereiro de 2021

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Presencial nº 004/2021 - PROCESSO DAE nº 0332/2021

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de freezer vertical para uso no laboratório de microbiologia da DAE S/A Água e Esgoto.

Prezados, Boa Tarde!

A empresa INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA, inscrita no CNPJ nº 78.589.504/0001-86, situada a Avenida Tiradentes, nº 4455 – Bairro Setor Industrial, na cidade de Londrina, estado do Paraná, Cep: 86072-000, através de seu Responsável Legal João Fernando Rapcham, com carteira de identidade nº 6.415.936-4, e CPF nº 033.374.979-00, vem através deste solicitar o **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao edital de Pregão Presencial nº 004/2021 - Processo nº 0332/2021 - Edital de 26/01/2021**, conforme segue:

DA TEMPESTIVIDADE

O presente questionamento é plenamente tempestivo, uma vez que o prazo para a sua apresentação é até o 3º (terceiro) dia útil contados antes da data fixada para início da sessão (11/02/2021), conforme item 2.1 do edital.

Dessa forma, o termo final do prazo para questionar o edital se dá em 08/02/2021, razão pela qual se deve conhecer e julgar a presente impugnação.

DOS FATOS

A empresa Indrel Industria de Refrigeração Londrinense Ltda., tem interesse em participar da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2021 – PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP, que tem como objeto Aquisição de **“aquisição de freezer vertical para uso no laboratório de microbiologia da DAE S/A Água e Esgoto”**.

Da análise do edital notou-se passível de questionamento, as quais passa-se a discorrer.

No anexo I do Edital. Está sendo solicitado “Freezer vertical com dois compartimentos”.

1	1	PC	Freezer vertical com dois compartimentos. Gabinete externo de metal revestido com epóxi. Caixa interna em aço inoxidável. Enchimento de espuma de poliuretano rígido de isolamento. Compressor duplo totalmente fechado que oferece máxima estabilidade para temperatura de 2 a 8°C no compartimento superior e -10 a -40°C no compartimento inferior. Três prateleiras e uma gaveta parte superior e três gavetas parte inferior. Altura 183 cm X Largura 70 cm X profundidade de 64 cm. Consumo 360W. Conforme descrito no termo de referência.			
---	---	----	---	--	--	--

Gostaria de verificarmos qual seria a FINALIDADE DE USO, pois, trabalhamos com equipamentos para armazenar Vacinas, bolsas de sangue, plasma. Seria para armazenar este tipo de material?

DOS REQUERIMENTOS:

Ante o exposto requer:

a) que o presente questionamento seja conhecida por ser tempestiva, bem como provida vez que fundamentada nos preceitos legais vigentes;

Resposta:

Este freezer será usado para armazenar amostras de água e esgoto, para análises microbiológicas.

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Karen Cristina Tasaka
Gerente de Laboratório de Qualidade