

À
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 006/2022 - PROCESSO DAE nº 342/2022

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para uso laboratorial

1. Referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2022, solicito esclarecimento referente ao LOTE 1.

Os itens 3 e 4 são referente à serviços de caibração RBC para os itens 1 e 2. Gostaria de saber se os phmetros podem ser fornecidos com o certificado de calibração, ou se é obrigatório que a calibração seja realizada no local da instalação.

Resposta: *Os phmetros podem ser entregues já com os seus certificados de calibração RBC. Respeitando a quantidade de pontos prevista em edital, a escolha dos pontos e o critério de aceitação de pH e temperatura serão acordados entre as partes posteriormente.*

Ficam ratificadas todas às clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Victor Presoto
Assistente Administrativo - Gerência de Laboratório de Qualidade

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

