

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 16 de fevereiro de 2022

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Eletrônico nº 006/2022 - PROCESSO DAE nº 0342/2022

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para uso laboratorial

REF. AO LOTE 01 – ITEM 03 E 04

Perguntamos

- 1) A calibração poderá ser realizada nas dependências da nossa empresa, ou deverá ser realizada no DAE?
- 2) O serviço de calibração é para os equipamentos do Lote 1 - Item 1 e 2?
- 3) Para o item 04, nós atendemos aos serviços de calibração somente nas dependências da nossa empresa, será aceito?
- 4) Lote 1 - Item 3. A calibração RBC será realizada nos três pontos 4,7 e 10. Mas a verificação pode ser realizada nos pontos de 6 e 9,18?

Respostas:

1 - Os pHmetros podem ser entregues já com os certificados de calibração RBC realizada nas dependências do fornecedor do produto.

2 - Sim

3- Sim, desde que a calibração atenda a quantidade de pontos prevista no edital.

4 - pH - Calibração em MRC em 3 pontos: 4, 0 /7,0/10 e verificação de MRC escala ácida 6,0 e escala básica 8,0 ou 9,18. Tolerância : escala ácida/básica+- 0,2.

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

Karen Cristina Tasaka
Gerente de Laboratório de Qualidade (GLQ)