

## SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 27 de junho de 2022

À

TODAS AS LICITANTES,

Pregão Eletrônico nº 041/2022 - PROCESSO DAE nº 1.877/2022

### Solicitação de Esclarecimento

**Objeto:** Registro de preço para a aquisição de soluções, reagentes e materiais laboratoriais utilizados no monitoramento dos resultados analíticos do sistema de tratamento de água em cumprimento a Portaria MS nº 888.

**Esclarecimentos:**

**“ Consta no edital**

**LOTE 01 – ITEM 06**

*“PADROES SECUNDARIOS EM GELEX NAS FAIXAS 0 A 10 NTU, 10 A 100 NTU E 100 A 1.000 NTU. VALIDADE DOS PADROES DE 12 MESES.”*

**Perguntamos:**

- 1) Os padrões serão utilizados em turbidímetros portáteis modelo 2100P/2100Q?

Resposta: **Os padrões serão utilizados no turbidimetro 2100Q**

**Consta no edital**

*“Todos os reagentes e soluções deverão ter o prazo de validade mínimo de 9 (nove) meses no ato da entrega no Almoxarifado da DAE”*

**Perguntamos**

- 1) Para os itens com exigência de validade na especificação do produto, os prazos de vencimento citados são a partir da data de fabricação, correto?

Resposta: **Sim, correto**

**Consta no edital**

**LOTE 02 – ITEM 01**

*“ELETRODO COMBINADO DE PH, JUNÇÃO CERAMICA, REFERÊNCIA INTERNA ROSS, CONEXÃO BNC A PROVA D'AGUA. FAIXA DE 0 A 14. FORNECIDO COM SOLUÇÃO DE ENCHIMENTO ROSS DE 60 ML. GARANTIA 24 MESES”*

**Perguntamos**

- 1) Será aceito garantia de 18 meses?

Resposta: **Sim, será.**

**Consta no edital**

**LOTE 02 – ITEM 06**

*“BRAÇO ARTICULADO COM SUPORTE PARA 4 ELETRODOS MAIS A SONDA DE TEMPERATURA”*

**Perguntamos**

- 1) Será utilizado em medidor da marca Thermo?

Resposta: **Sim.**

- 2) O Suporte necessita de uma base na bancada? ou será acoplado direto no medidor?

Resposta: **O suporte será acoplado direto no medidor**

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Erickson Carlos Marcanzola  
**Gerente de Tratamento de Água**

Leonardo Puttini  
**Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações**