

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 04 de agosto de 2022

**À
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Eletrônico nº 046/2022 - PROCESSO DAE nº 2.424/2022

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de equipamentos e reagentes para o laboratório de qualidade da DAE S/A.

Esclarecimentos:

“

- 1) Sobre o eletrodo de Nitrato, este deve ser de medida ou combinado?
- 2) Para os dois eletrodos (Nitrato e Fluoreto) mencionam que deve ser compatível com o modelo Versa Star, e pedem que ambos tenham Calibração RBC. Para fazer a calibração RBC nos eletrodos precisaríamos ter acesso aos medidores Versa Star, porque o processo de calibração é feito em conjunto. Ou seja, para realizar o processo de calibração deve haver uma conexão entre aparelho-sensor, depois disso são feitas as medições de acordo com os padrões da RBC. O laboratório de metrologia não pode fazer a conexão dos eletrodos em um outro aparelho, pois cada marca tem sua compatibilidade e, além disso, podem haver variações de um equipamento para outro. “

Respostas:

”

- 1) Conforme solicitado, usamos eletrodos combinados.
- 2) Para a calibração, será disponibilizado o equipamento (medidor multiparâmetro Versa Star) no momento oportuno para calibração, conforme necessidade do laboratório. “

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Karen Cristina Tasaka
Gerente de Laboratório de Qualidade

Leonardo Puttini
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações