

A  
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 006/2023 - PROCESSO DAE nº 404/2023

### Solicitação de Esclarecimento

**Objeto: Aquisição de hidrômetros (diâmetros diversos).**

- Para o hidrômetro especificado no item **3** código **1001002138**, o DAE exige um sistema de totalização que registre um volume de 99.999,99 m<sup>3</sup> sendo 5 dígitos pretos e 2 vermelhos, sendo esses roletes, nosso produto atende a resolução especificada pelo DAE sendo um sistema de totalização que registra um volume 99.999,999 m<sup>3</sup>, sendo devidamente aprovado pelo INMETRO com 5 dígitos pretos, 1 vermelho e 2 ponteiros vermelhos, sendo assim uma resolução maior do que a exigida pelo DAE.

***Podemos ofertar nosso produto com o Sistema de Totalização conforme descrito acima registrando um volume de 99.999,999 m<sup>3</sup> ?***

- Para o hidrômetro especificado no item **4** código **1001002139**, o DAE exige um sistema de totalização que registre um volume de 999.999,99 m<sup>3</sup> sendo 6 dígitos pretos e 2 vermelhos, sendo esses roletes, nosso produto atende a resolução especificada pelo DAE com um sistema de totalização que registra um volume 999.999,999 m<sup>3</sup>, sendo devidamente aprovado pelo INMETRO com 6 dígitos pretos, 1 vermelho e 2 ponteiros vermelhos, sendo assim uma resolução maior do que a exigida pelo DAE.

***Podemos ofertar nosso produto com o Sistema de Totalização conforme descrito acima registrando um volume de 999.999,999 m<sup>3</sup> ?***

**Resposta:** *Nada a opor quanto ao sistema de totalização ofertado.*

Ficam assim ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital e seus anexos.



Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali  
**Pregoeira/Seção de Compras e Licitações**

Olavo Rodrigues de Oliveira  
**Chefe da Seção de Controle de Qualidade de Materiais**



+55 11 4589-1300



[daejundiai.com.br](http://daejundiai.com.br)



Av. Alexandre Ludke, 1500  
Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP  
CEP 13.214-020