

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiáí, 24 de julho de 2024

À

TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 061/2024 - PROCESSO DAE nº 2.709/2024

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Registro de preços para a aquisição de soluções, reagentes e equipamentos para o monitoramento do processo de tratamento de água

Esclarecimentos:

- 1) Nos itens de procedência importada, será aceito no prazo de entrega de aproximadamente 90 dias? Ou será aceito prorrogação de entrega?
- 2) Consta no edital - lote 05 - item 01 - solução 100 ppm de fluoreto, frasco de 475 a 500 ml. PERGUNTAMOS: Por se tratar de uma marca internacional, o certificado de análise não consta as informações das grandezas rastreáveis à RBC, por ser uma norma brasileira apenas. Atendemos a rastreabilidade Nist. Será aceito? Qual é a aplicação?
- 3) Consta no edital lote 06 – item 01 - solução tissab III com CDTA. Perguntamos: Será aceito embalagem de 1L?

Respostas:

- 1) Será aceita a prorrogação do prazo de entrega, pois entendemos as questões alfandegárias e trâmites burocráticos do processo de importação.
- 2) Sim, será aceito. Será utilizado para análise de íon seletivo para detecção de fluoreto.
- 3) Sim será aceito desde que preservado e entregue o volume proporcional adquirido pela DAE. Exemplificando: Se adquirido 06 (seis) embalagens de 500 ML, deverá ser entregue 03 (três) embalagens de 1.000 ML. Lembrando que o valor cadastrado no sistema deverá corresponder a quantidade descrita no mesmo.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Erickson Carlos Marcanzola
Gerente de Tratamento de Água

Leonardo Puttini
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações